MUELLER® RECOVERYCARE®

REVIVE™

PACCHETTO ACCESSORI M2

GUIDA PRATICA PER L'UTILIZZO DELLA CONSOLE PNEUMATICA

Scansiona il QR code per le istruzioni complete

1 **PULSANTE DI ACCENSIONE**
Per accendere e spegnere la console pneumatica M2

2 **PULSANTE START/STOP**
Per iniziare o terminare il trattamento. Per mettere il trattamento in pausa, tieni premuto il pulsante per 3 secondi. Premi nuovamente il pulsante start/stop per riprendere il trattamento.

3 **LIVELLO BATTERIA**
Per controllare lo stato della carica

4 **PULSANTE DURATA**
Per impostare la durata del trattemento

5 **INDICATORE DI STATO**
- Acceso
- Trattamento in corso
- Errore

6 **MANOPOLA**
Lieve – da 20 a 35 mmHg
Medio – da 40 a 65 mmHg
Intenso – da 70 a 100 mmHg

7 **PRESA ADATTATORE DC**
Per collegare l'adattatore di alimentazione universale

8 **FORI DI CONNESSIONE AD ARIA (2)**
Per collegare l'equipaggiamento alla console

9 **TAPPO PER FORO DI CONNESSIONE**
La utilizzare quando si usa un unico equipaggiamento

MUELLER SPORTS MEDICINE

Mueller Sports Medicine, Inc., One Quench Dr., P.O. Box 99, Prairie du Sac, WI 53578, USA 800-356-9522, Fax 800-852-4334, www.MuellerSportsMed.com

L98207MR-A

MUELLER® RECOVERYCARE®

REVIVE™

PACCHETTO ACCESSORI M2

GUIDA PRATICA PER L'UTILIZZO DELLA CONSOLE PNEUMATICA

Scansiona i QR code per le istruzioni complete

COME UTILIZZARE LA CONSOLE PNEUMATICA REVIVE **M2**

1. Posiziona la console REVIVE su una superficie piana e stabile e inserisci l'adattatore di alimentazione nella presa dell'adattatore CC della console per caricare la batteria. L'interruttore di alimentazione deve essere acceso per caricare la batteria
2. Indossa equipaggiamento e collega i cavi
3. Inserire il tappo per bloccare l'uscita d'aria non utilizzata se usi un singolo equipaggiamento
4. Impostare la pressione del trattamento premendo e ruotando la manopola della pressione (la pressione consigliata per i primi utilizzi è di 40 mmHg)
5. Premi il pulsante Tempo (Time Minutes) per impostare la durata del trattamento su 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti o per impostare la modalità continua
6. Seleziona la modalità PAUSA tenendo premuto il pulsante Tempo (Time Minutes)
   - PAUSA breve – Premi per 3 secondi (1 bip)
   - PAUSA media – rilascia e premi nuovamente per altri 3 secondi (2 bip)
   - PAUSA lunga – rilascia e premi nuovamente per
   - altri 3 secondi (3 bip)
7. Inizia il trattamento premendo il pulsante Start/Stop (▶II)

COME RICARICARE LA CONSOLE PNEUMATICA REVIVE M2

- **Accendi l'interruttore di alimentazione per abilitare la ricarica della batteria**
- **Spegni l'interruttore di alimentazione per risparmiare la carica della batteria quando non è in ricarica o quando la console pneumatica REVIVE M2 non è in uso**
- **Puoi costantemente monitorare il livello della batteria visualizzando gli indicatori di stato della batteria**